

Naručilac: Dom zdravlja „Dr. Janoš Hadži“
Adresa: Svetog Stefana 1
Mesto: Bačka Topola
Broj: 01-398
Datum: 03.03.2016.

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 124/12) i Izveštaja Komisije za javnu nabavku dobra –ginekološkog ultrazvučnog kolor-dopler aparata, u postupku javne nabavke male vrednosti, broj: 01-397, direktor Doma zdravlja „Dr. Janoš Hadži“ Bačka Topola donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
za javnu nabavku dobra – ginekološkog ultrazvučnog kolor-dopler aparata, JN 32/15 MV

Ponudaču "Medicom" d.o.o. Šabac, ul. Focerska br 3, 15000 Šabac, (na osnovu ponude broj 01-255 od 09.02.2016. godine) se dodjeljuje Ugovor
Ukupna vrednost ugovora iznosi **3.667.000,00** dinara bez PDV, odnosno **4.400.400,00** dinara sa PDV.

Obrazloženje

Naručilac je dana 28.12.2015. godine doneo odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti (JN 32/15 MV), br. 01-2303, za javnu nabavku dobra – ginekološkog ultrazvučnog kolor-dopler aparata.

Poziv i konkursnu dokumentaciju za postupak javne nabavke male vrednosti objavio je na Portalu javnih nabavki i na sajtu Doma zdravlja „Dr. Janoš Hadži“. Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 5 ponuda.

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti, Komisija za javnu nabavku je pristupila stručnoj oceni ponude i sačinila izveštaj o istom.

U Izveštaju o stručnoj oceni ponuda br. 01-397 od 03.03.2016. godine, Komisija za javnu nabavku je konstatovala sledeće:

1) Vrsta predmeta javne nabavke:

Dobra	x
Usluge	
Radovi	

2) Podaci o javnoj nabavci iz Plana nabavki:

- Nabavka se vodi pod rednim brojem: 32/15 nabavka dobra
- Sredstva su obezbeđene na kontu: 512511 u finansijskom planu Doma zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola
- Predmet javne nabavke: ginekološki ultrazvučni kolor-dopler aparat.
- Procenjena vrednost javne nabavke 3.672.460,00 dinara bez PDV

- Vrednost ugovora o javnoj nabavci:
-

Rekapitulacija:

	Naziv ponuđača	Ukupna vrednost u dinarima bez PDV	Ukupna vrednost u dinarima sa PDV
1.	“Medicom” d.o.o. Šabac, ul Pocerska br 3, 15000 Šabac	3.667.000,00	4.400.400,00

Ponuđaču “Medicom” d.o.o. Šabac, ul Pocerska br 3, 15000 Šabac, (na osnovu ponude broj 01-255 od 09.02.2016. godine) se dodeljuje Ugovor

Ukupna vrednost ugovora iznosi 3.667.000,00 dinara bez PDV, odnosno 4.400.400,00 dinara sa PDV.

3) Odbijene su ponude ponuđača:

3.1. “Gorenje GTI” d.o.o. Beograd, ul Milutina Milankovića 7, 11070 Beograd . Ponuda se odbija kao neprihvatljiva jer prelazi procenjenu vrednost predmetnog dobra.

Ponuđena cena iznosi 4.390.000,00 bez PDV

3.2. “Preduzeće za promet i zastupanje “AB Trade” d.o.o. ul Bilečka 14, 11050 Beograd . Ponuda se odbija kao neprihvatljiva jer nema traženu dokumentaciju i prelazi procenjenu vrednost predmetnog dobra.

Ponuđena cena iznosi 4.305.000,00 bez PDV.

3.3. “Shimadzu” d.o.o. Beograd, N.Beograd, ul Goce Delčeva 46/I. Ponuda se odbija kao neprihvatljiva jer nema traženu dokumentaciju.

U ponudi nije iskazana cena.

3.4 "Medigala" d.o.o. Beograd, ul gospodar Jevremova 45, 11000 Beograd

Ponuđač nakon zahteva za dodatnim pojašnjenjem broj 01-287 od 12.02.2016. godine, koji glasi:

„3.U tehničkoj specifikaciji za ginekološki ultrazvučni kolor dopler aparat, pod tačkom 15, traženo je sledeće:

“Sistem podržava rad sa sondama gornje granice frekventnog opsega ≥ 18 Mhz”

Za ponuđača Medigala d.o.o. Beograd:

Za navedenu stavku ,ponuđač Medigala d.o.o. Beograd je dostavio izjavu proizvođača u kojoj piše sledeće:

“Mindray DC – 70 supports working with probes frequency range up to ≥ 18 Mhz.”

uz koju je dostavio prevod koji glasi:

“Mindray DC -70 podržava rad sa sondama gornje granice frekventnog opsega ≥ 18 Mhz.”

Ovi putem nalažemo ponuđaču Medigala d.o.o. Beograd da dostavi originalnu izjavu od strane proizvođača ponuđenog ultrazvučnog aparata DC-70 potpisanu i pečatiranu od strane ovlašćenog lica proizvođača u kojoj će biti naveden precizan frekventni opseg vezano za tačku 15 ,kao i tačan model (odnosno oznaka) sonde koja je u skladu sa tehničkim zahtevom iz tačke 15 a vezano za ponuđeni model ultrazvučnog aparata DC – 70.“

Ponuđač **“Medigala” d.o.o. Beograd** nije odgovorio na zahtev naručioca , kao što je zahtevano, jer nigde nije naveo tačan frekventni opseg vezano za sonde koji je u skladu sa zahtevom iz tačke 15 tehničke specifikacije predmetnog postupka, već je samo naveo model sonde L20-5U.

Ponuđač **“Medigala” d.o.o. Beograd** nije dostavio odgovor na precizno postavljeno pitanje u okviru zahteva za dodatnim pojašnjenjem broj 01-287 od 12.02.2016. godine , s toga je ponuda neprihvatljiva, u skladu sa ZJN.

Obrazloženje:

Komisija je dana 09.02.2016. godine pristupila otvaranju ponuda. Nakon otvaranja ponuda je 12.02.2016. godine zatražila od ponuđača “Medigala” d.o.o. Beograd i ponuđača “Medicom” d.o.o. Šabac kroz dodatna objašnjenja, kontrole, ispravke, a u skladu sa ZJN član 93. originalnu dokumentaciju od proizvođača medicinske opreme. Nakon donešene odluke o dodeli Ugovora broj 01-318 od 22.02.2016. blagovremeno, ponuđač “Medigala” d.o.o. Beograd, ul gospodar Jevremova 45, 11000 Beograd podnosi zahtev za zaštitu prava kojim osporava Odluku naručioca .

Komisija za javne nabavke ponovo zaseda i pregledava priloženu dokumentaciju i navode zahteva za zaštitu prava ponuđača “Medigala” d.o.o. Beograd.

Naime, ponuđač “Medigala” d.o.o. Beograd navodi da je njegova ponuda neosnovano odbijena kao neprihvatljiva jer je Naručilac našao da, za sonde koje podržava aparat koje rade sa frekvencijom od 18 MHz , model sonde je L20-5U, kao ni sonda TEE –model sonde: P7-3T, nisu registrovane od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva, odnosno ponuđač za njih nema Rešenje ALIMSA.

Ponuđač navodi da te dve sonde i nisu bile predmet ove javne nabavke i kao takve nisu zahtevane u prilogu broj 2. Vrste, tehničke karakteristike(specifikacija) , kvalitet, količina i opis dobara, te ponuđač “Medigala” d.o.o. Beograd nije imao nikakvu obavezu da dostavi dokaz o njihovoj registraciji u ALIMSA-u.

Nakon analize podnetih navoda, Naručilac prihvata sve navode podnete u zahtevu za zaštitu prava ponuđača "Medigala" d.o.o. Beograd, s obzirom da je traženo da sistem podržava rad sa navedenim sondama, te nije trebalo dostaviti dokaz o registraciji u ALIMS-u.

S obzirom na gore navedeno, Naručilac donešenu Odluku o dodeli Ugovora broj: 01-318 od 22.02.2016. godine stavlja van snage, Odlukom broj : 01-399 od 03.03.2016.godine, i donosi novu Odluku o dodeli Ugovora broj 01-398 od 03.03.2016. godine.

4) Ukupan broj podnetih ponuda: 5 (pet)

1) Neblagovremenih ponuda nije bilo.

5) KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA

Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola je primenio kriterijum „najniža ponudena cena“.

6) Naziv, odnosno ime ponuđača kome se dodeljuje ugovor:

Komisija, posle stručne ocene ponuda, predlaže da se dodeljuje ugovor:

Ponuđaču "Medicom" d.o.o. Šabac, ul Pocerska br 3, 15000 Šabac, (na osnovu ponude broj 01-255 od 09.02.2016. godine)

Ukupna vrednost ugovora iznosi 3.667.000,00 dinara bez PDV, odnosno 4.400.400,00 dinara sa PDV.

- Odgovorno lice naručioca prihvatilo je predlog Komisije za javnu nabavku dobra – o nabavci ginekološki ultrazvučni kolor-dopler aparat JN 32/15 MV o dodeli ugovora, te je na osnovu ovlašćenja donelo odluku:

Ponuđaču "Medicom" d.o.o. Šabac, ul Pocerska br 3, 15000 Šabac, (na osnovu ponude broj 01-255 od 09.02.2016. godine) se dodeljuje Ugovor

Ukupna vrednost ugovora iznosi 3.667.000,00 dinara bez PDV, odnosno 4.400.400,00 dinara sa PDV.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može naručiocu podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 5 dana od dana dostavljanja odluke o dodeli ugovora

Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“

Bačka Topola

Direktor

dr med. Adahski Janoš

spec. opšte medicine

